

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ยี่ห้อ KETT รุ่น PM-450 VERSION 4513



จุดเด่น

- ผ่านการตรวจตราจากกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด
- ค่าถูกต้อง แม่นยำ ใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 10 วินาที (เมื่อเทตัวอย่างในเครื่อง)
- หาค่าเฉลี่ยได้
- เครื่องมีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่ใช้งานเกิน 3 นาที
- วัดความชื้นได้โดยไม่ทำลายตัวอย่าง

ข้อมูลทางเทคนิค

- การทำงาน: การวัดค่าประจุไฟฟ้าคงที่ไดอิเล็กทริก CAPACITANCE (DIELECTRIC CONSTANT)
- โปรแกรมตรวจค่าความชื้น: ข้าวเปลือก
- ปริมาตรวัตถุดิบตรวจวัด: 240 มิลลิลิตร
- การแสดงผลข้อมูล: รายงานผลเป็นเลขดิจิทัล บนจอ LCD BLACK LIGHT
- ช่วงความชื้น: 9 ประมาณ 35 %MC
- ค่าความแม่นยำ: ผิดพลาดไม่เกิน 0.5 % MC หรือน้อยกว่า
- ฟังก์ชันพิเศษ: THERMISTER ปรับชุดเซนเซอร์อุณหภูมิอัตโนมัติในช่วง 0~40°C , คำนวณหาค่าเฉลี่ย, เปิดปิดอัตโนมัติ
- พลังงาน: ถ่านแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (AA) 4 ก้อน
- ขนาดเครื่อง (ก X ล X ส) : 125 X 205 X 215 มิลลิเมตร
- น้ำหนักตัวเครื่อง (สุทธิ) : 1.3 กิโลกรัม / 2.2 กิโลกรัม (รวมอุปกรณ์)
- อุปกรณ์ครบชุด: ถ้วยใส่ตัวอย่าง, กรวย, แปรง, และ ถ่าน AA 4 ก้อน

